


◇ 閉塞性動脈硬化症の治療

吸着型血液浄化器（レオカーナ）

機器の概要

LDL及びフィブリノーゲンの吸着による血液流動性の改善により、閉塞性動脈硬化症の末梢血液循環の改善を導き難治性潰瘍を治療することを目的に使用します。



レオカーナの使用目的・対象患者

使用目的

血行再建術不適応な閉塞性動脈硬化症（ASO）における潰瘍の改善を目的に使用する。

対象患者

血行再建術不適応な潰瘍を有するASO（Fontaine IV）患者。

※以下の患者には適用しないこと。

- ・アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE阻害薬）服用中の患者。（本品使用中にショックを起こすことがある。）
- ・抗凝固剤使用が禁忌である患者。

血行再建術不適応の判断基準

- ①血行再建術が実施できない（不適応）患者、もしくは、
- ②実施しても術が不成功や再狭窄などで潰瘍が改善しない（不応答）患者であり、その基準は以下のとおり。
 - 1) 解剖学的困難（不適応）
 - 2) 血行再建術が手技的に不成功（不応答）
 - 3) 血行再建術が臨床的に不成功（不応答）
 - 4) その他の理由（不適応）

◇ どのように治療するのですか・・・？

1.入室

ベッドに横になり、血圧測定や体調をお聞きします。



2.穿刺

消毒して針を血管に2本刺します。
※からだから血液をとり出す針とからだに血液を返す針が必要です。



3.治療中

リラックスしてお過ごしください。
※ラジオを聞いたり、TVをのんびり見てもかまいません。



4.返血

からだの外に出ている血液をからだに戻して針を抜きます。



5.退出

血液が完全に止まったのを確認してからお帰りください。
※治療中血液が止まりにくくなる薬を使用しています。



1回の治療は約2時間程で終了します